

Service eHealth-Tastatur Cherry G87-1504

Werkseinstellung vornehmen/ Admin Pin zurücksetzen

Vor Reparatur-Einsendungen der eHealth-Tastaturen von Cherry mit der Bezeichnung G87-1504 muss die Werkseinstellung des Gerätes durchgeführt werden.

1. Halten Sie die Taste *Menü* unterhalb des Displays einige Zeit gedrückt, bis sich die Anzeige verändert.



2. Betätigen Sie anschließend die Taste *Druck*, es erscheint folgende Menüanzeige:



- Blättern Sie nun mit der Taste *Rollen* bis zum Menüpunkt *Werkseinstellung* und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste *Pause* (Kreis).



- Geben Sie an dieser Stelle Ihr Kennwort (achtstellig) ein.



- Bestätigen Sie die Wiederherstellung, indem Sie die Taste *Pause* (Kreis) drücken.



6. Bestätigen Sie die folgende Anzeige nochmals mit der Taste *Pause* (Kreis)



7. Abschließend erscheint diese Anzeige. Die Werkseinstellung ist damit wieder hergestellt. Nun können Sie Ihre Tastatur vom PC entfernen.



VIA DA VINCI.dialog GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
www.ehealth-bcs-terminals.de

email: gesundheitswesen@viadavinci.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 040/84 87 87 87 zur Verfügung.